

## Zertifikat

Wir, die Firma E. Schweizer AG mit Sitz in Zürich, sind für Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von radiologischen Geräten nach EN ISO 13485 zertifiziert.

Mit diesem Zertifikat bestätigen wir, dass die Röntgenanlage in der Praxis von  
Herr Dr. med. Claas Hüttenrauch, 9000 St. Gallen

ordnungsgemäss installiert und geprüft wurde. Die detaillierten Prüfprotokolle mit Ergebnissen sind im, an die Praxis ausgehändigten, Anlagebuch hinterlegt.

Die Periodizitäten der notwendigen Prüfungen sind vom Bundesamt für Gesundheit in der Richtlinie R-08-06 festgelegt und wurden zu folgendem Zeitpunkt ausgeführt:

	Erfüllt:	Datum:	Visum:
Wartung / Zustandsprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>	06.11.2015	MS
1. Konstanzprüfung	<input type="checkbox"/>	_____	_____
2. Konstanzprüfung	<input type="checkbox"/>	_____	_____
3. Konstanzprüfung	<input type="checkbox"/>	_____	_____
4. Konstanzprüfung	<input type="checkbox"/>	_____	_____
5. Konstanzprüfung	<input type="checkbox"/>	_____	_____

**Das Prüfintervall einer Röntgenanlage beträgt 1 Jahr**, wobei alle 6 Jahre eine Wartung mit Zustandsprüfung fällig ist. Diese Kontrollen sind ausschliesslich von einer zertifizierten Fachfirma zu erledigen.

  
 E. Schweizer AG

